


KEN CWD 5000

Mycie, dezynfekcja i suszenie – ekonomiczne rozwiązanie dla Szpitala



KEN CWD 5000 jest innowacyjnym i ekonomicznym urządzeniem do mycia, dezynfekcji i suszenia wyrobów medycznych takich jak: kontenery sterylizacyjne z pokrywami, buty chirurgiczne, utensylia, miski nerkowate, wózki transportowe, łóżka.

Zalety:

- Długość cyklu 30 – 60 minut, w zależności od rodzaju wsadu
- Samooczyszczająca się komora z podłogą pochyloną pod kątem do 45°
- Minimalizacja zużycia wody i energii elektrycznej – odzysk wody i ciepła
- Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym 12”
- Elektroniczne sterowanie procesem dezynfekcji współczynnikiem A0
- Izolacja termiczna i akustyczna drzwi i komory. Drzwi automatyczne z hartowanego szkła
- Załadunek na poziomie posadzki – łatwa obsługa

Specyfikacja techniczna:

Wymiary zewnętrzne	W: 266 S: 245 G: 265 cm
Użyteczna przestrzeń komory	W: 195 S: 105 G: 227 cm
Drzwi	Szkoło hartowane, dźwiękoszczelne
Programy	9 programów (9 faz w programie) możliwość wprowadzania dowolnych zmian
Zużycie wody	Płukanie: około 75L / bez odzysku Mycie: około 75L / bez odzysku Dezynfekcja: recyrkulacja wody Suszenie: około 50L / recyrkulacja wody
Wydajność pompy	283 L / min. / 2,5kW
Filtr suszenia	HEPA H14
Podłączenie elektryczne	W standardzie: 3N~400V, 50Hz/63A
Podłączenia	Woda Zimna: 3/4" GZ/ 2-8 bar/ 5-30° Woda ciepła: 3/4" GZ/ 2-8bar / 5-70°
Moc grzałek komory	18 kW
Moc grzałek zbiornika	9 kW
Sprężone powietrze	3 - 8 bar
Pojemność zbiornika	175L
Środki	Możliwość użycia różnych preparatów
Natężenie dźwięku	około 60 dB

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem pod numerem:

+48 692 598 045

iacobus@iacobus.pl

Opiekun produktu:

Dawid Manicki

+48 600 599 775 dmanicki@iacobus.pl

Dystrybutor i autoryzowany serwis:

IACOBUS SP. Z O.O.

ul. Owsiana 12

94-249 Łódź, Polska

Producent:

KEN A/S

Bøgebjergvej 60

DK-5672 Broby

Tel. +45 62 63 10 91

Fax +45 62 63 16 07

ken@ken.dk

www.ken.dk



KEN A/S © • Technical information and misprint are subject to alterations without notice. MAK 09-15.